



Nr sprawy: AB.272.4.2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na dostawę cyfrowego aparatu rentgenowskiego
z dwoma detektorami**

Zatwierdził:

Jarosław Tadych

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

.....Jarosław Tadych.....

Sępólno Kraj., dn. 4 października 2019 r.

Spis treści

Rozdział I.....	3
1.1. Zamawiający	3
1.2. Tryb udzielenia zamówienia.....	3
1.3. Informacja o finansowaniu	3
1.4. Opis przedmiotu zamówienia.....	3
1.8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia	4
Rozdział II.	4
2.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów.....	5
2.2. Opis sposobu przygotowania ofert	9
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne	11
2.4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami	12
2.5. Termin związania ofertą.....	13
2.6. Wymagania dotyczące wadium	13
2.7. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.....	14
2.8. Opis sposobu obliczania ceny.....	15
2.9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert	16
Rozdział III.....	18
3.1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	18
3.2 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	19
3.3 Istotne postanowienia umowy	19
3.4 Środki ochrony prawnej.....	19
Rozdział IV.....	19
4.1. Oferty częściowe.....	19
4.2. Umowa ramowa	19
4.3. Oferty wariantowe	20
4.4. Rozliczenia w walutach obcych.....	20
4.5. Aukcja elektroniczna	20
4.6. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.	20
4.7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6	20
Spis załączników	20

Rozdział I.

1.1. Zamawiający

Powiat Sępoleński

z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

reprezentowany przez: Starostę Sępoleńskiego

tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03

e-mail: ab@powiat-sepolno.pl

strona internetowa Zamawiającego www.bip.powiat-sepolno.pl

NIP: 561-13-27-106 REGON: 092350926

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

- **opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych,**
- **zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego,**
- **wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.**

1.2. Tryb udzielenia zamówienia

- 1.2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. u. z 2019 r. poz.1843) o wartości poniżej progów unijnych określonych przepisami art. 11 ust. 8 ustawy.
- 1.2.2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
- 1.2.3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.powiat-sepolno.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
- 1.2.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona i udostępniona na stronie www.bip.powiat-sepolno.pl od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
- 1.2.5. **Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.**
- 1.2.1. **Postępowanie nie dotyczy zamówienia udzielanego w częściach.** Oferta musi być całościowa.

1.3. Informacja o finansowaniu

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest ze środków ogólnej rezerwy budżetu państwa i ze środków własnych Zamawiającego.

1.4. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.4.1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z dwoma detektorami wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG (w zakresie: malowania ścian, wymiany wykładziny zgodnie z zaleceniami producenta aparatu RTG oraz wykucia w ścianie i zamocowania monitora w sterowni – zgodnie ze wskazaniem przez użytkownika), dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26. Zamawiający zaleca

maksymalne wykorzystanie infrastruktury w pracowni (np. wykorzystanie istniejących kanałów do instalacji, legarów do zawieszenia sufitowego lampy rtg, itp.).

Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu rentgenowskiego oraz wystawienia orzeczenia technicznego.

Wykonawca na czas realizacji umowy przygotowuje pomieszczenie zastępcze (wskazane przez Zamawiającego) oraz użyczy nieodpłatnie aparat RTG zastępczy .

Wykonawca zapewnia min. 24 miesięczny okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniem producenta. Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.

Ujawnione usterki w urządzeniach, w ramach gwarancji, Wykonawca usunie w ciągu max. 48 godzin od momentu ich zgłoszenia w postaci zawiadomienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie z wyjątkiem usterek, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie, a które to Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w uzgodnionym terminie, na czas naprawy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zastępczy aparat rentgenowski.

Wykonawca ubezpieczy na min. 24 miesiące dostarczony i zamontowany aparat rentgenowski wraz z wszystkimi komponentami od wszelkich ryzyk bez franszyzny i dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową.

- 1.4.2. **UWAGA: Prace odbywać się będą na terenie czynnie funkcjonującego obiektu (szpital), w związku z powyższym zabrania się prowadzenia prac, którym towarzyszy nadmierny hałas w godzinach wieczorno-nocnych. Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć teren, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania obiektu oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób.**

- 1.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 9 do SIWZ.**

1.4.4. Zamawiający zaleca, aby każdy z wykonawców przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych pomiarów w celu przygotowania prawidłowej oferty i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny dostawy. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

1.4.5. Miejsce realizacji zamówienia: NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku –Szpital Powiatowy NZOZ ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork.

- 1.4.6. Wspólny Słownik Zamówień **CPV: 33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski**

1.4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- 1.4.6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 grudzień 2019 r.

Termin realizacji obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie aparatu wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

1.6. Informacja o podwykonawcach

- 1.6.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z **załącznikiem nr 6 do SIWZ.**

- 1.6.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
- 1.6.3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- 1.6.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
- 1.6.5. W przypadku nie złożenia informacji na temat podwykonawców, zgodnie z **załącznikiem Nr 6 do SIWZ** Zamawiający uzna, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystał z podwykonawców.

Rozdział II.

2.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów

- 2.1.1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 Prawa zamówień publicznych, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- 2.1.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wraz z ofertą (**załącznik nr 3 do SIWZ**) oraz:
 - a) **dla warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wymogu w zakresie spełniania ww. warunku.
 - b) **dla warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej**
 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wymogu w zakresie spełniania ww. warunku.
 - c) **dla warunku zdolności technicznej lub zawodowej**
 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch dostaw cyfrowych aparatów RTG. Wymaga się, aby każda z dwóch ww. dostaw była o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto.
- 2.1.3. **Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji**

zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dopuszcza się na każdym etapie zamówienia zmianę podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polegał.

2.1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dz. U. z 2012r. poz. 769*);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt a-d;
- 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (*t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277*);
- 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (*t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669.*), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA! Wszyscy wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazują Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 3 do SIWZ)**, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.1.5. Z postępowania wyklucza się, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (*t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629*) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (*t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261, z 2017 r. poz. 791.*);
- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 2.1.4 ppkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.1.6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy **Zamawiający zażąda:**

- a) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
- b) **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- c) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- d) **oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej** o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.1.7. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w pkt 2.1.4 ppkt 2 lit. a-c i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 2.1.4 ppkt 2 lit. a-c , jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w pkt 2.1.4 ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 2.1.4 ppkt 2 lit. d
 - b) pkt 2.1.4 ppkt 4,
 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- 3) w przypadkach, o których mowa w 2.1.4 ppkt 7 i 9 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 4) w przypadku, o którym mowa w 2.1.4 ppkt 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) w przypadku, o którym mowa w 2.1.4 ppkt 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.1.8. Zamawiający nie wyznacza dodatkowych wymogów **dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** w zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.6 lit. a-c SIWZ, w celu wskazania wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 Pzp przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

- lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ,
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2.1.9. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia:
- a) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (**załącznik nr 2 do SIWZ**),
- b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp (**załącznik nr 1 do SIWZ**).
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów**, w celu wykazania, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach z pkt 2.1.9 lit. a, b.
- 2.1.10. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
- 2.1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć **podwykonawcom**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
- 2.1.12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
- 2.1.13. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
- 2.1.14. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wypełnia oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – **Załącznik nr 1 do SIWZ**.
- 2.1.15. W przypadku nie złożenia informacji na temat podwykonawców, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Zamawiający uzna, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystał z podwykonawców.

2.2. Opis sposobu przygotowania ofert

- 2.2.1. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w **formie pisemnej, w języku polskim**.
- 2.2.2. Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez te podmioty.
- 2.2.3. Oświadczenia z pkt 2.1.4 ppkt 12 i pkt 2.1.9 składa się w formie pisemnej.
- 2.2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
- 2.2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- 2.2.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
- 2.2.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2.2.8. **Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki** winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 2.2.9. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do jego wykluczenia.
- 2.2.10. W przypadku składania elektronicznych dokumentów, powinny to być oryginały, opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 2.2.11. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
- a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne;
 - b) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 2.2.12. Wykonawca nie może zastrzec informacji dokumentów, których jawność wynika z zapisów art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.2.13. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*t. j. Dz. U. z 20019 r. poz.1010 z późn. zm.*) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologie, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 2.2.14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Na kopercie należy umieścić napis:

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nie otwierać przed 21.10.2019 r. godz. 11:00

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami

- 2.2.15. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane do Zamawiającego na adres: Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie
- 2.2.16. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale spięta.
- 2.2.17. **Na ofertę Wykonawcy składają się:**
- a) Formularz ofertowy – **załącznik nr 4;**
 - b) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - **załącznik nr 2;**
 - c) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - **załącznik nr 1.**
 - d) Formularz wymaganych parametrów – **załącznik nr 9**
- 2.2.18. **Wszyscy Wykonawcy w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert) składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej — **załącznik nr 3.**

2.2.19. **Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń:**

- a) **zaświadczenia** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (...) – zgodnie z pkt. 2.1.6 lit. a.
- b) **zaświadczenia** właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...) – zgodnie z pkt. 2.1.6. lit. b.;
- c) **odpisu** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – zgodnie z pkt 2.1.6. lit. c;
- d) **oświadczenia** wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...) – zgodnie z pkt. 2.1.6. lit. d;
- e) **wykazu dostaw** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (**załącznik nr 5 do SIWZ**) – na potwierdzenie warunku udziału, zgodnie z pkt. 2.1.2. lit. c.

2.2.20. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez Wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.

2.2.21. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.

2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne

2.3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty nie obejmuje pełnomocnictwa do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów podmiotowych wykonawców;

- c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 - d) pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców;
 - e) formularz oferty powinien zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną;
 - f) przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu, podpisaną przez wszystkich partnerów, umowę regulującą współpracę tych wykonawców;
 - g) oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 2.3.2. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej:
- a) w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika;
 - b) formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną.

2.4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- 2.4.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123), z wyjątkiem przekazywania oferty, dla której wymagana jest forma pisemna i oświadczeń oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, które składane są w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 2.4.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Powiat Sępoleński, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
- 2.4.3. Korespondencję za pośrednictwem faksu należy kierować na numer (52) 388 13 03.
- 2.4.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
- 2.4.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- 2.4.6. Zamawiający po otrzymaniu zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekaże niezwłocznie wyjaśnienia faxem lub drogą elektroniczną oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2.4.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane w sprawie zapytania wymagają zachowania formy pisemnej.

- 2.4.8. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania, wyjaśnieniami lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.
- 2.4.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
- 2.4.10. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz innych informacji przekazanych przy użyciu komunikacji elektronicznej.
- 2.4.11. Osoby upoważnione do kontaktu:
- Sławomir Jaskulski - w zakresie merytorycznym
 - Tomasz Bondarczyk – w zakresie proceduralnym.
- 2.4.12. Wszelkie pytania prosimy przysyłać w formie elektronicznej na adres: ab@powiat-sepolno.pl

2.5. Termin związania ofertą

- 2.5.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2.5.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 2.5.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może wydłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 2.5.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.6. Wymagania dotyczące wadium

- 2.6.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
- 2.6.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 Ustawy Pzp, tj.:
- 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110 z późn. zm.).
- 2.6.3. Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

- 2.6.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
- 2.6.5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy nr rachunku 91 8162 0003 0000 0114 2000 0450

z dopiskiem:

Wadium – Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami

- 2.6.6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku wskazanym przez Zamawiającego.
- 2.6.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wraz z pismem przewodnim należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub dołączyć do oferty.
- 2.6.8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt.7b Ustawy Pzp.
- 2.6.9. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości poprawienia omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 2.6.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust.4a Ustawy Pzp.
- 2.6.11. Zamawiający zwraca wadium wykonawcom na podstawie art.46 Ustawy Pzp.

2.7. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
--

- | |
|---|
| <p>2.7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. r. o godzinie 11:00.</p> <p>2.7.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatu Sępoleńskiego – ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. (sekretariat – pokój nr 38).</p> <p>2.7.4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Zamawiającego.</p> <p>2.7.5. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.</p> <p>2.7.6. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w Specyfikacji z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.</p> |
|---|

- 2.7.7. Termin zwrotu wycofanej oferty nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnątrz opakowania oferty lub jest otwierana z koperty zewnętrznej w celu ustalenia adresu zwrotu oferty i odesłana na adres umieszczony na wewnętrznym opakowaniu oferty.
- 2.7.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- 2.7.9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 2.7.10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące:
- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 2.7.11. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 2.7.12. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający odrzuca jego ofertę.

2.8. Opis sposobu obliczania ceny

- 2.8.2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
- 2.8.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
- 2.8.4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.
- 2.8.5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
- 2.8.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 2.8.7. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2.8.8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – **wynagrodzenie ryczałtowe**. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 2.8.9. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.

2.9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert

2.9.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.9.3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe	Maksymalna ilość punktów
1.	Cena	60%	60
2.	Gwarancja na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia)	20%	20
3.	Jakość (parametry techniczne)	10%	10
4.	Czas usunięcia usterki	10%	10

2.9.4. Oceną oferty jest liczba punktów otrzymanych w wyniku sumy wszystkich kryteriów.

2.9.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów obliczoną jako **suma punktów** uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, obliczonych odpowiednio:

Kryterium	Wzór
Cena	$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60$
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 60 pkt.	
Gwarancja na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia)	Oferta, w której Wykonawca zadeklarował okres gwarancji otrzyma ilość punktów zgodnie z poniższą punktacją z: 24 m-ce – 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-ce – 15 pkt 60 m-cy – 20 pkt
Oferta za dane kryterium może uzyskać 0, 5, 10, 15 lub 20 pkt. Wykonawca w załączniku nr 9 do SIWZ określi okres gwarancji w miesiącach.	

Jakość (Parametry techniczne)	$\text{liczba punktów} = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty}}{\text{najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert}} \times 10$
Zamawiający na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 9 do SIWZ przyzna ofertom punkty. Oferta z najwyższą liczbą punktów w ramach danego kryterium otrzyma najwyższą ocenę - 10 punktów. Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane zgodnie z powyższym wzorem. Oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 10 pkt.	
Czas usunięcia usterki	Oferta, w której Wykonawca zadeklarował czas usunięcia usterki otrzyma ilość punktów zgodnie z poniższą punktacją z: 48 godz. – 0 pkt 47 - 36 godz. – 5 pkt < 36 godz. – 10 pkt
Każda oferta za dane kryterium może uzyskać 0, 5 lub 10 pkt. Wykonawca w załączniku nr 9 do SIWZ określi czas usunięcia usterki	

- 2.9.6. Obliczone punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- 2.9.7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 2.9.8. W świetle art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień obejmujących m.in. sposób obliczenia ceny oferty, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (*t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2177.*);
 - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 - powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- 2.9.9. W świetle art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
- a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
- 2.9.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
- 2.9.11. Nieudzielenie w terminie określonym przez Zamawiającego wyjaśnień lub też stwierdzenie przez Zamawiającego na skutek analizy wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami, iż oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Rozdział III.

3.1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 3.1.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- 3.1.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
- a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
 - b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - c) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
- 3.1.3. Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - d) unieważnieniu postępowania,
- 3.1.4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
- Przed zawarciem umowy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedłoży Zamawiającemu: deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 175 ze zm.)
- 3.1.5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z art. 94 Prawa zamówień publicznych.
- 3.1.6. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
- 3.1.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3.2 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 3.2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.3 Istotne postanowienia umowy

- 3.3.1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik **nr 7** do SIWZ.
- 3.3.2. Uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3.3.3. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w SIWZ i art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
- 3.3.4. Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik **nr 7** do SIWZ.

3.4 Środki ochrony prawnej

- 3.4.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział IV.

4.1. Oferty częściowe

- 4.1.1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

4.2. Umowa ramowa

- 4.2.1. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

4.3. Oferty wariantowe

4.3.1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

4.4. Rozliczenia w walutach obcych

4.4.1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną obowiązującą walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia, jest złoty polski.

4.5. Aukcja elektroniczna

4.5.1. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.6. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

4.6.1. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

4.7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

4.7.1. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Spis załączników

Załącznik Nr 1	Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 2	Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4	Wzór formularza oferty
Załącznik Nr 5	Wykaz dostaw
Załącznik Nr 6	Wykaz podwykonawców
Załącznik Nr 7	Wzór umowy
Załącznik Nr 8	Klauzula informacyjna

AB.272.4.2019

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)***reprezentowany przez:**

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)***Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

..... dnia r.
(miejscowość), *(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
 Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

..... dnia r.
(miejscowość), *(podpis)*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.

(miejscowość),

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.

(miejscowość),

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.

(miejscowość),

(podpis)

AB.272.4.2019

Wykonawca:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
 reprezentowany przez:

.....

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)

OŚWIADCZENIE:

(zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu Nr AB.272.4.2019 określone przez Zamawiającego w Rozdz. II SIWZ.

..... dnia r.
 (miejscowość), (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdz. II SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów

.....w następującym zakresie:.....
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... dnia r.
 (miejscowość), (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r.
(miejscowość),

.....
(podpis)

AB.272.4.2019

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

.....
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

lub

należy do grupy kapitałowej*

* niewłaściwe skreślić

..... dnia r.
(miejscowość),

.....
(podpis)

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy załączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

AB.272.4.2019

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Adres poczty elektronicznej:

.....

Strona internetowa:

.....

Numer telefonu

Numer faksu.....

Numer REGON:

Numer NIP:

Forma składania oferty: (właściwe zaznaczyć)

☐ Ofertę składamy samodzielnie☐ Ofertę składamy wspólnie z (wpisać nazwy i adresy wszystkich podmiotów) :

1 :

2 :

Uwaga! Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

1. *Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:*

Wartość oferty :

Netto:.....PLN

Słownie:

Brutto:PLN

Słownie:

VAT:%PLN

2. Udzielamy miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 24 m -ce).

3. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia: godz.

4. Oświadczamy, że:

1) Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

3) Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

.....
.....

4) Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

.....
.....
(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefonu)

5) Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę:

.....

6) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

7) W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

8) Zaproponowane ceny będą stałe przez okres trwania umowy.

9) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

10) Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (właściwe zaznaczyć)

☐ tak

☐ nie

(Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

11) Oświadczamy, że oferta (właściwe zaznaczyć)

☐ nie zawiera

☐ zawiera

informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(podpis i pieczęć)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

AB.272.4.2019

WYKAZ
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w pkt. 2.1.2. SIWZ w postępowaniu na: „Dostawę cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami”

LP.	Nazwa i zakres zamówienia	Podmiot, na rzecz, którego dostawa została wykonana	Wartość dostawy (zł brutto) nie mniejsza niż 700 000,00	Termin wykonania/wykonywania	
				Początek R/M/D	Koniec R/M/D
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

UWAGA!

Do każdego wymienionego w tabeli zamówienia należy dołączyć dowód, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

....., dnia
(miejscowość)

AB.272.4.2019

Wykonawca:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
 reprezentowany przez:

.....

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)

Oświadczenie w zakresie podwykonawców,
zgodnie z art. 36 b ust. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców.

l.p.	Część zamówienia, której wykonanie zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcy	Nazwa /firma/ podwykonawcy

.....
 (miejsce i data wystawienia)

.....
 (podpis i pieczęć)

UMOWA NR (WZÓR)

w dniu 2019 r w Sępolnie Krajeńskim pomiędzy:

Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Zarejestrowany

NIP: 561-13-27-106 REGON: 092350926

reprezentowany przez :

Starostę – Jarosława Tadycha

Wicestarostę – Andrzeja Maracha

przy kontrasygnacie Skarbnika – Władysława Rembelskiego

zwaną dalej „**Zamawiającym** „

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**, została zawarta umowa następującej treści:

Działając na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) **Zamawiający** w trybie przetargu nieograniczonego **ogłoszonego w BZP Nr** na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz dwoma detektorami oraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Więcborku prowadzonego przez NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku **sprawa Nr AB.272.4.2019** dokonał wyboru **Wykonawcy** w celu realizacji ww. zamówienia na rzecz **Zamawiającego**.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z dwoma detektorami wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG (w zakresie: malowania ścian, wymiany wykładziny zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykucia w ścianie i zamocowania monitora w sterowni – zgodnie ze wskazaniem przez użytkownika), dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26 zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Nazwa oferowanego aparatu: producent, typ, model, rok produkcji (zwany dalej aparatem lub sprzętem).
3. Zamawiający zaleca maksymalne wykorzystanie infrastruktury w pracowni (np. wykorzystanie istniejących kanałów do instalacji, legarów do zawieszenia sufitowego lampy rtg, itp.)
4. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu rentgenowskiego oraz wystawienia orzeczenia technicznego.
5. Wykonawca zapewnia miesięczny okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia). W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniem producenta. Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z ewentualną

naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.

6. Ujawnione usterki w urządzeniach, w ramach gwarancji, Wykonawca usunie w ciągu godzin od momentu ich zgłoszenia w postaci zawiadomienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie z wyjątkiem usterek, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie, a które to Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w uzgodnionym terminie, na czas naprawy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zastępczy aparat rentgenowski.
7. Wykonawca ubezpieczy na min. 24 miesiące dostarczony i zamontowany aparat rentgenowski wraz z wszystkimi komponentami od wszelkich ryzyk bez franszyzny i dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową.
8. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2019), nie jest rekonwalencyjowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
9. Oferowany aparat musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm).
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz wymaganych parametrów sprzętu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tożsamy z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do 20 grudnia 2019 r.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii wydanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy na użytkowanie Pracowni Rentgenowskiej Szpitala Powiatowego w Więcborku,.

§ 3

Warunki dostawy, realizacji i odbioru

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione urządzenie do siedziby NOVUM-MED Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, na swój koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem.
3. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac związanych z instalacją i uruchomieniem aparatu Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do stosowania ich w obiektach służby zdrowia.
4. Wykonawca będzie realizował prace adaptacyjne w czynnym obiekcie, w związku z czym zobowiązuje się do prowadzenia ich w sposób nie utrudniający prawidłowego funkcjonowania Szpitala.
5. Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac, uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania. Wszelkie prace muszą być prowadzone z zachowaniem ciszy nocnej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Spółki NOVUM-MED. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Wykonawca zobowiązuje się na czas realizacji umowy dostosować, wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie zastępcze do wykonywania zdjęć rtg oraz dostarczyć nieodpłatnie zastępczy aparat rtg umożliwiający wykonywanie w/w zdjęć biorąc pod uwagę wyposażenie Pracowni RTG.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia orzeczenia o stanie technicznym, demontażu i utylizacji aparatu rtg znajdującego się obecnie w pracowni rtg Szpitala.
8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie prowadzenia prac instalacyjnych/montażowych przedmiotu umowy wszelkich obowiązujących przepisów prawa. Opłaty i kary za naruszenie prawa, w tym przekroczenie w trakcie prac montażowych/ instalacyjnych norm określonych w odpowiednich przepisach przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę w stopniu całkowicie zwalniającym z takiej odpowiedzialności Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia udostępnionych pomieszczeń na czas prac adaptacyjnych i instalacji aparatu i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie prac warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie zabezpieczenia, w szczególności mając na uwadze dobro osób korzystających z usług Szpitala i jego personelu.
11. Wykonawca zobowiązuje się zastosować takie materiały budowlane, które spełniają wszelkie wymagania ustawy Prawo budowlane, a w szczególności posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz winny być zgodne z właściwymi przepisami.
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości zajmowanych pomieszczeń na terenie Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym – do doprowadzenia użytkowanych pomieszczeń do stanu nie gorszego niż przed ich przejęciem.
14. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzenia szkoleń personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi i dezynfekcji sprzętu oraz przeprowadzania testów podstawowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca realizowanych prac, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.
16. Wykonawca wykona połączenia systemowe pomiędzy poszczególnymi elementami przedmiotu umowy, które zapewnią integrację i pełną funkcjonalność dostarczonego sprzętu.
17. Wykonawca oświadcza, że wszelkie licencje na oprogramowanie, udzielone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z wymogami Zamawiającego funkcjonowania przedmiotu umowy, są bezterminowe i udzielone zostały bez prawa wypowiedzenia i cofnięcia.
18. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt stanowiący przedmiot umowy pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ich w dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
19. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy na 2 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy.
20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego n/w dokumentów w języku polskim:
 - a. kompletną dokumentację techniczno-serwisową,
 - b. karty gwarancyjne,

- c. paszporty techniczne (zawierające nazwę, model, nr seryjny/fabryczny lub nr katalogowy, rok produkcji),
 - d. dokumenty dopuszczające sprzęt do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - e. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, świadectwa oceny zgodności i aprobaty techniczne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi oceny zgodności;
 - f. inwentaryzację powykonawczą prac adaptacyjnych wraz z niezbędnymi pomiarami instalacji elektrycznej,
 - g. opracowany projekt ochrony radiologicznej z obliczeniem osłon stałych.
21. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń z dostawy i odbioru urządzenia oraz po jego zainstalowaniu i uruchomieniu w przystosowanym pomieszczeniu przeznaczonym na pracownię.
22. Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony jest:
- a. wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych,
 - b. wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów i testów, w tym wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i przedstawienia w formie Protokołu Ochrony Przeciwporażeniowej, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz wykonanie i przekazanie zaakceptowanego przez WSSE Bydgoszcz projektu osłon stałych dla pracowni radiologicznej. Ponadto wymagane jest oznakowanie pracowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w RP w tym zakresie, a także uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy na użytkowanie Pracowni Rentgenowskiej Szpitala Powiatowego w Więcborku,
 - c. wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu projektu instalacji oraz dokumentacji powykonawczej, wszystkich wykonanych protokołów, w tym protokołów z wykonania pomiarów i testów, atestów oraz certyfikatów na zastosowane materiały (po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej bez zabezpieczeń na CD),
 - d. protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu w zakresie obsługi i dezynfekcji aparatu rtg zawierające informacje o szkoleniach oraz dane osobowe przeszkolonych,
 - e. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkie niezbędne książki serwisowe, paszport techniczny, hasła, kody, loginy i inne niezbędne elementy potrzebne do konfigurowania i serwisowania aparatu (w tym jeżeli istnieją płyty CD i DVD) w języku polskim,
 - f. dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia aparatu rentgenowskiego.
23. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie tych wad w ustalonym terminie, Zamawiający uprawniony jest wykonać te prace na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, jaki uzna za stosowny, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego. Po zakończeniu wykonywania prac zastępczych, Zamawiający obciąży kosztami ich wykonania Wykonawcę, z terminem płatności 7 dni od daty doręczenia faktury. Po zakończeniu wykonywania czynności usunięcia wad i niedoróbek, Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
24. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, nie spełniają ustalonych wymogów i/lub parametrów technicznych, w szczególności jeśli aparat posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający, zgodnie z wybraną ofertą, zapłaci Wykonawcy kwotę brutto wynoszącą zł, (słownie:)
2. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z demontażem i utylizacją starego aparatu RTG, transportem, rozładunkiem, adaptacją pomieszczeń, instalacją, uruchomieniem, wykonaniem odpowiednich, prób i testów, przeszkoleniem personelu, gwarancją i ubezpieczeniem.
3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zatwierdzony przez strony protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, w czasie której w pełni zabezpiecza funkcje techniczne i użytkowe przedmiotu umowy. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Okres gwarancji liczony będzie od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie, kompletny, nieużyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem pod nr., lub telefonicznie pod nr lub drogą elektroniczną na adres o ujawnionych wadach lub usterekach, których usunięcie dokonane zostanie przez Wykonawcę bezpłatnie, w ramach udzielonej gwarancji.
6. Czas reakcji telefonicznej/zdalnej serwisu Wykonawcy w przypadku awarii sprzętu objętego niniejszą umową wynosi do 4 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
7. W przypadku braku możliwości zdalnej usunięcia awarii, Wykonawca zapewnia stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze tj. od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczone od momentu zgłoszenia.
8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej (usunięcia awarii) nie może przekraczać 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 2 dni roboczych Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczy aparat rtg umożliwiający wykonywanie zdjęć rtg, biorąc pod uwagę wyposażenie pracowni rtg. Zamawiającego, do czasu całkowitej naprawy i uruchomienia uszkodzonego sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
10. W przypadku odmowy usunięcia awarii lub też nieusunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie awarii i użyczenie zastępczego aparatu rtg osobie trzeciej

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze usunięcie awarii nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kar umownych.

11. Usunięcie awarii/usterki przez osobę trzecią w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi na okres późniejszy, w tym na elementy naprawiane.
12. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej trzech napraw tego samego zespołu/modułu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zespołu/modułu w danym urządzeniu na fabrycznie nowy w terminie 5 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności czwartej naprawy tego samego zespołu/modułu.
13. Wykonawca w okresie gwarancyjnym, w ramach gwarancji dokona bezpłatnie wszystkich przeglądów gwarancyjnych w ilości wymaganej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 przegląd rocznie, chyba że obowiązujące przepisy lub zalecenia producenta przewidują większą ilość przeglądów w danym roku.
14. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych oraz wymianą części przewidzianą przez producenta w okresie gwarancji poniesie Wykonawca.
15. Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy z zastrzeżeniem ust. 16.
16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł, itp.), przepis stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
17. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres 10 lat.
18. Za działania firm serwisowych działających w imieniu Wykonawcy wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.

§ 6

Szkolenie pracowników

1. Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Pracowni Diagnostyki Obrazowej:
 - a) szkolenia będą odbywać się w dwóch terminach (uzgodnionych z Zamawiającym), poczynwszy od momentu uruchomienia urządzenia (dwa szkolenia po min. 2 dni),
 - b) z odbytych szkoleń Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat potwierdzający uzyskanie określonych uprawnień,
 - c) W przypadku konieczności wykonania w okresie gwarancji szkoleń dodatkowych wynikających np. ze zmiany personelu Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przeprowadzić szkolenie.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w § 5 ust. 11 umowy,

- c) za niedostarczenie dokumentów, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
- d) w przypadku naruszeń postanowień § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każde naruszenie,
- e) za odstąpienie od umowy Zamawiającego lub Wykonawcy, z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.,
- f) za nieterminowe usunięcie awarii i niedostarczenie zastępczego aparatu określonego w §5 ust.9 i 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty z § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie:

- 1) rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego straty,
- 2) korzyści, jakich w sposób uzasadniony spodziewał się Zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to że Wykonawca nie wykonał swego zobowiązania lub wykonał je wadliwie i przez to wyrządził Zamawiającemu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści, w szczególności w następujących przypadkach:

a) gdy na skutek opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania zamówienia;

b) gdy na skutek opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania napraw gwarancyjnych;

c) gdy w trakcie prac prowadzonych podczas instalacji urządzenia po jego dostawie bądź później w związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, na skutek wadliwego wykonania prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia, jego wadliwego zainstalowania lub podłączenia do istniejących u Zamawiającego sieci, bądź wadliwego uruchomienia, urządzenie nie będzie funkcjonowało lub będzie funkcjonowało w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający Zamawiającemu wykonanie zadań w zakresie leczenia, w następstwie czego Zamawiający nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł właściwie korzystać z urządzenia w przypadku prawidłowego wykonania w/w prac przez Wykonawcę.

§ 8

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia

Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobie:,
 tel., którzy będą współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest:
 tel. w zakresie całokształtu
 działań związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu
 poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest
 forma pisemna.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie*

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:

- a. ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,
- b. przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz za wykonane prace,
- c. zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412), w tym w szczególności do:

- a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach wykonawczych,
- b) przetwarzania powierzonych informacji i danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
- c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
- d) niezwłocznego zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych powierzonych do przetwarzania w związku z realizacją Umowy oraz trwałego zniszczenia wszystkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, po rozwiązaniu niniejszej Umowy,
- e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 2 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy. 4. Naruszenie obowiązku ochrony danych, powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 11

Zakaz cesji wierzytelności

Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1843).
3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają uzgodnienia i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

- załącznik numer 1 - opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz wymaganych parametrów sprzętu zgodny z załącznikiem nr 9 do SIWZ
- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiat Sępoleński – ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. tel. 52 388 13 00.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anna Kuchna, iod@powiat-sepolno.pl, tel. 52 388 13 68
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego *na dostawę cyfrowego aparatu rentgenowskiego z dwoma detektorami*.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 - b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
 - c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej¹.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

¹ W takim przypadku należy udostępnić informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia².
- 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp³ ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników⁴.
- 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 - a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 - b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 - c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 - d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu⁵, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych

² Zob. art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp.

³ Zob. art. 8a ust. 3 ustawy Pzp.

⁴ Zob. art. 97 ust. 1b ustawy Pzp.

⁵ Zob. art. 8a ust. 4 ustawy Pzp.

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁶.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 - 2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 - 3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie

- żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

⁶ Zob. art. 96 ust. 3b ustawy Pzp.

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA CYFROWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO
Z DWOMA DETEKTORAMI – 1 SZT.**

WYKONAWCA:
(nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności)

Aparat kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:
Rok produkcji 2019 r. – (podać):
Nazwa i adres producenta aparatu rentgenowskiego kompletnego:

<i>L.p.</i>	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM I 2 DETEKTORAMI				
I WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia /	Podać		BEZ OCENY
2.	Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany rok produkcji 2019	TAK		BEZ OCENY
3.	Deklaracja zgodności i CE na cały aparat	TAK		BEZ OCENY
4.	Najważniejsze podzespoły, minimum generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego producenta. Dopuszcza się lampę RTG oraz detektory od innych producentów - konieczność posiadania deklaracji zgodności i certyfikatu CE	TAK		BEZ OCENY
5.	Aparat rentgenowski z możliwością zainstalowania w pomieszczeniu o wysokości 2,60 m (od podłogi do szyn mocujących podwieszenie sufitowe)	TAK		BEZ OCENY
II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA				
1.	Generator wysokiej częstotliwości	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ //	Punktacja dodatkowa
2.	Moc generatora	Min. 50 kW		BEZ OCENY
3.	Zakres napięcie	Min. 40-150 kV		BEZ OCENY
4.	Zakres miliampero-sekund dla trybu AEC i trybu ręcznego	Min. 0,5-500 mAs		BEZ OCENY
5.	Zakres prądów	Min. 10-650 mA		BEZ OCENY
6.	Automatyka zdjęciowa (AEC)	TAK		BEZ OCENY
7.	Minimalny czas ekspozycji	Min. 1 ms		BEZ OCENY
8.	Możliwość doboru ręcznego parametrów ekspozycji	TAK		BEZ OCENY
9.	Możliwość edycji i definiowania protokołów badania	TAK		BEZ OCENY
10.	Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz	TAK		BEZ OCENY
11.	Liczba programów anatomicznych	Min. 1000		BEZ OCENY
12.	Możliwość tworzenia własnych szablonów, możliwość tworzenia kilku protokołów do jednej partii anatomicznej	TAK		BEZ OCENY
13.	Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z układem AEC generatora	TAK		BEZ OCENY
14.	Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora i na kółku lampy	TAK		BEZ OCENY
III LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM				
1.	Producent i model lampy RTG	OPISAĆ		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ /	Punktacja dodatkowa
2.	Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakami prostopadle do stołu RTG	MIN 400 cm		BEZ OCENY
3.	Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakami wzdłuż stołu RTG	MIN 400 cm		BEZ OCENY
4.	Zmotoryzowany i manualny ruch lampy: - pionowy - wzdłużny - poprzeczny - obroty wokół osi pionowej i poziomej	TAK		BEZ OCENY
5.	Zakres pionowego ruchu kołpaka	Min. 1750 mm		BEZ OCENY
6.	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej	Min. $\pm 135^\circ$		BEZ OCENY
7.	Możliwość przemieszczania lampy rtg wzdłuż stołu rtg bez konieczności przemieszczania szyn poprzecznych (przesuw samej kolumny z lampą)	TAK		
8.	System nadejmy: - Automatyczny ruch nadejmy kołpaka rtg za pionowym ruchem detektora w stojaku do zdjęć odległościowych - Automatyczny ruch nadejmy kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w stole i w stojaku - Automatyczny ruch nadejmy detektora w stole za poziomym ruchem lampy wzdłuż blatu stołu - Automatyczne centrowanie lampy do pionowej i poziomej pozycji detektora w stojaku oraz detektora w stole.	TAK		BEZ OCENY
9.	Zdalne autopozycjonowanie lampy w zależności od wybranego programu anatomicznego, liczba zapamiętywanych pozycji lampy RTG – min 50	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
10.	System zabezpieczeń antykolizyjnych zabezpieczających przed kolizją lampy z innymi komponentami systemu jak również przed zderzeniem lampy RTG z łóżkiem mobilnym.	TAK		BEZ OCENY
11.	Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 10 cali zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą	TAK		BEZ OCENY
12.	Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze	TAK		BEZ OCENY
13.	Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji, przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs, kolimacji	TAK		BEZ OCENY
14.	Możliwość wyboru z poziomu monitora dotykowego zlokalizowanego na kołpaku lampy: grubość pacjenta, tryb auto/manualny	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
15.	Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisko	TAK		BEZ OCENY
16.	Możliwość wyboru danych pacjenta, które mają być widoczne na monitorze podczas badania: data urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), płeć, wiek	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
17.	Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny	TAK		BEZ OCENY
18.	Możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu ekranu na kołpaku w zależności od potrzeb	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ /	Punktacja dodatkowa
19.	Możliwość podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
20.	Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG	TAK		BEZ OCENY
21.	Wymiary małego ogniska lampy RTG	MAX. 0.6 mm		BEZ OCENY
22.	Wymiary dużego ogniska lampy RTG	MAX. 1.2 mm		BEZ OCENY
23.	Moc małego ogniska	MIN. 40 kW		BEZ OCENY
24.	Moc dużego ogniska	MIN. 100 kW		BEZ OCENY
25.	Szybkość wirowania anody	MIN. 9 000 obr/min		BEZ OCENY
26.	Pojemność cieplna anody	MIN. 400 kHU		400 kHU – 0 pkt. > 400 kHU - 10 pkt
27.	Szybkość chłodzenia anody	MIN. 100 kHU/min		BEZ OCENY
28.	Pojemność cieplna kołpaka	MIN. 2 MHU		BEZ OCENY
29.	Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (w dowolnych jednostkach np. HU, %, dźwiękowo)	TAK		BEZ OCENY
30.	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem	TAK		BEZ OCENY
31.	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
32.	Światło kolimatora wyłączające się automatycznie po zaprogramowanym czasie	TAK		BEZ OCENY
33.	Miarka centymetrowa	TAK		BEZ OCENY
34.	Obrót kolimatora wokół osi pionowej (niezależnie od obrotu lampy rtg)	MIN. +/- 45 stopni		BEZ OCENY
35.	Kolimator z przesłonami prostokątnymi automatycznie dostosowujący maksymalną wartość kolimacji programu APR z możliwością korekcy rozmiaru przez użytkownika	TAK		BEZ OCENY
36.	Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych	TAK		BEZ OCENY
37.	Automatyczne centrowanie lampy RTG do detektora w statywie i w stole	TAK		BEZ OCENY
38.	Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych programów anatomicznych (zmotoryzowane ruchy w 5 osiach)	TAK		BEZ OCENY
IV STÓŁ KOSTNY Z PLYWAJĄCYM BLATEM				
1.	Stół o konstrukcji jedno lub dwukolumnowej z łatwym dostępem do stołu pacjentowi, personelowi i obsłudze serwisowej, sterowany włącznikiem nożnym	TAK		
2.	Wymiary blatu stołu	MIN. 80 cm x 240 cm		80 cm x 240 cm – 0 pkt 81 - 85 cm x 240 cm - 1 pkt > 85 cm x 240 cm - 5 pkt
3.	Pływający blat stołu	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
4.	Zakres ruchu poprzecznego blatu	MIN. 26 cm		26 cm - 0 pkt > 26 cm - 5 pkt
5.	Zakres ruchu wzdluznego blatu	MIN. 100 cm		100 cm - 0 pkt 101 -110 cm - 5 pkt > 110 cm - 10 pkt
6.	Minimalna wysokość blatu od podłogi	max. 58 cm		58 cm – 0 pkt 57 cm - 55 cm – 1 pkt < 55 cm – 5 pkt
7.	Zakres pionowego ruchu blatu stołu	MIN. 35 cm		35 - 0 pkt > 35 - 5 pkt
8.	Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie	TAK		BEZ OCENY
9.	Ekwiwalent Al płyty pacjenta	MAX 0.7 mm Al		BEZ OCENY
10.	Odległość górna powierzchnia blatu stołu- detektor	MAX. 90 mm		90 mm - 0 pkt 85 – 89 mm - 1 pkt < 85 mm - 5 pkt
11.	Automatyczny ruch nadeżny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) – dla ekspozycji z detektorem w stole.	TAK		BEZ OCENY
12.	Automatyczny ruch nadeżny detektora w stole zgodnie z pionowym ruchem lampy RTG znajdujacej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora	TAK		BEZ OCENY

<i>L.p.</i>	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ /	Punktacja dodatkowa
13.	Automatyczny ruch nadejżny lampy zgodnie z poziomym ruchem uchwytu z detektorem w stole z zachowaniem odległości SID (Source Image Distance) – dla ekspozycji z detektorem w stole.	TAK		BEZ OCENY
14.	Automatyczny ruch nadejżny detektora w stole zgodnie z poziomym ruchem lampy RTG znajdujacej się nad blatem stołu – oś lampy wycentrowana do detektora	TAK		BEZ OCENY
15.	Zakres poziomego ruchu detektora w stole	MIN. 60 cm		60 cm – 0 pkt 61 - 64 cm - 1 pkt > 64 cm – 5 pkt
16.	Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu	MIN. 300 kg		BEZ OCENY
17.	Stół wyposażony w 3-komorowy system automatyki AEC	TAK		BEZ OCENY
18.	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki	Ogniskowa kratki w zakresie $100\text{ cm} \leq f_0 \leq 115\text{ cm}$ MIN. 40linii/cm, R 10:1		BEZ OCENY
19.	Możliwość obrotu detektora w szufladzie bez wyjmowania	TAK		BEZ OCENY
V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH				
1.	Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego	TAK		BEZ OCENY
2.	Statyw zamocowany na stałe do podłogi	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
3.	Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w zakresie	MIN. 145 cm		145 cm - 0 pkt 146 - 150 cm - 5 pkt > 150 cm - 10 pkt
4.	Uchwyt górny do rąk pacjenta	TAK		BEZ OCENY
5.	Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi	MAX. 36 cm		36 cm - 0 pkt 28-35 cm - 5 pkt < 28 cm - 10 pkt
6.	Automatyka AEC 3 komorowa	TAK		BEZ OCENY
7.	Kratka przeciwwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc min. z 170 cm. Podać parametry kratki	MIN. 52linii/cm, R 10:1		BEZ OCENY
8.	Ekwiwalent Al płyty pacjenta statywu	MAX. 0,55 mm Al		0,55 mmAl - 0 pkt 0,54 - 0,51 mmAl - 5 pkt ≤ 0,50 mmAl - 10 pkt
9.	Nadążanie lampy za położeniem detektora znajdującego się w ścianie	TAK		BEZ OCENY
10.	Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą wskaźnika laserowego	TAK		BEZ OCENY
11.	Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchem panelu z szufladą w statywie płucnym	TAK		BEZ OCENY
12.	Statyw wyposażony w przycisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie ekspozycji i ruchów systemów w dowolnym momencie	TAK		BEZ OCENY
VI DETEKTORY CYFROWE – 2 sztuki				
1.	Jednoelementowy, elektroniczny, płaski detektor wykonany w technologii aSi	TAK		BEZ OCENY
2.	Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
3.	Wymiary aktywnego obszaru obrazowania	35x43 cm $\pm$ 0,5 cm		BEZ OCENY
4.	Współczynnik DQE dla 0 lp/mm lub 0,05 lp/mm	MIN. 60%		BEZ OCENY
5.	Rozmiar pojedynczego piksela	MAX. 135 μ m		135 μ m - 0 pkt 134 -130 μ m - 5 pkt < 130 μ m - 10 pkt
6.	Matryca obrazowania detektora	MIN. 8,5 MPix		BEZ OCENY
7.	Detektory mobilne, wyjmowane do pracy poza stołem lub statywnym pracujący w technologii bezprzewodowej. W przypadku pracy w stole/statywie możliwa komunikacja po kablu sieciowym	TAK		BEZ OCENY
8.	Przewodowa i bezprzewodowa komunikacja detektorów z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu	TAK		BEZ OCENY
9.	Autodetekcja promieniowania – brak konieczności integracji z detektorem – wbudowana pamięć w detektorze	TAK		BEZ OCENY
10.	Detektory wyposażone w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V.	TAK		BEZ OCENY
11.	Detektory wyposażone w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w szufladzie stołu i szufladzie statywu z wykorzystaniem napięcia 230 V bez możliwości podłączania dodatkowego kabla	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
12.	Ciężar detektora wraz z baterią	MAX. 3,3 kg		3,3 kg - 0 pkt 2,5 - 3,2 kg - 5 pkt < 2,5 - 10 pkt
13.	Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni	MIN 280 kg		280 kg - 0 pkt 281 kg - 299 k - 1 pkt ≥ 300 kg - 5 pkt
14.	Wodoodporność detektora min. IP 5	Min. IP5		< IP 5 – 0 pkt IP 5 - 6 – 5 pkt > IP 6 – 10 pkt
15.	Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (nacisk na powierzchnię o średnicy 40 mm)	MIN. 100 kg		BEZ OCENY
16.	Ilość obrazów możliwych do zarchiwizowania na detektorze	MIN. 95		95 - 0 pkt > 95 - 5 pkt
17.	Zabezpieczenie przed utratą obrazu w przypadku zerwania połączenia sieciowego (braku dostępu do sieci) zapewniające zachowanie ostatniego obrazu i automatyczne przesłanie go do konsoli operatora po odzyskaniu połączenia sieciowego	TAK		
18.	Liczba ekspozycji możliwa do wykonania na jednej baterii	MIN. 140 ekspozycji		BEZ OCENY
19.	Świetlna sygnalizacja gotowości detektora do ekspozycji	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt
20.	Detektor wyposażony w zintegrowaną ręczkę do przenoszenia	TAK/NIE		TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt

<i>L.p.</i>	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/	Punktacja dodatkowa
VII KONSOLA TECHNIKA - AKWIZYCYJNA				
1.	Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki	TAK		BEZ OCENY
2.	Oprogramowanie konsoli operatora w j. polskim	TAK		BEZ OCENY
3.	Monitor LCD kolor medyczny z zainstalowanym testerem obrazu, służący do obsługi aparatu – zgodnie z wytycznymi MZ	MIN. 1 monitor, min. 19", rozdzielczość min. 1,3 MP		BEZ OCENY
4.	Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji	TAK		BEZ OCENY
5.	Pojemność dysku obrazowego	MIN. 10 000 obrazów		BEZ OCENY
6.	Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji	TAK		BEZ OCENY
7.	Regulacja jasności i kontrastu obrazów	TAK		BEZ OCENY
8.	Możliwość umieszczania znaczników, wprowadzanie komentarzy	TAK		BEZ OCENY
9.	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z szpitalnego systemu HIS / RIS za pomocą interfejsu DICOM WORKLIST (Licencja DICOM WORKLIST i MPPS) oraz manualna	TAK		BEZ OCENY
10.	Adnotacje na obrazach	TAK		BEZ OCENY
11.	Obracanie i powiększanie obrazów	TAK		BEZ OCENY
12.	Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane przez użytkownika serwery PACS	TAK		BEZ OCENY

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ /	Punktacja dodatkowa
13.	Funkcje DICOM Send, Print, Store, Storage commitment, MPPS, WORKLIST	TAK		BEZ OCENY
14.	Zasilacz UPS o parametrach zapewniających zapisanie badań dedykowany przez producenta	TAK		BEZ OCENY
15.	Integracja aparatu rentgenowskiego z istniejącym systemem PACS i RIS przez dostawcę. Możliwość zmiany parametrów serwerów PACS WORKLIST przez użytkownika	TAK		BEZ OCENY
16.	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR	TAK		BEZ OCENY
17.	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku	TAK		BEZ OCENY
18.	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta)	TAK		BEZ OCENY
19.	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia oraz z możliwością kopiowania raportu z analizy zdjęć odrzuconych	TAK		BEZ OCENY
20.	Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R z przeglądarką DICOM oraz pamięć flash	TAK		BEZ OCENY
21.	Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza (możliwość integracji z usługą AD LDAP)	TAK		BEZ OCENY
22.	Interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim lub piktogramy	TAK		BEZ OCENY

VIII WARUNKI GWARANCJI SERWISU				
L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ //	Punktacja dodatkowa
1.	Okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia)	MIN. 24 miesiące		24 m-ce – 5 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-ce – 15 pkt 60 m-cy – 20 pkt
2.	W okresie gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniem producenta. Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.	TAK		BEZ OCENY
3.	Ujawnione usterki w urządzeniach, w ramach gwarancji, Wykonawca usunie w ciągu godzin od momentu ich zgłoszenia w postaci zawiadomienia via e- mail lub telefonicznie z wyjątkiem usterek, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie, a które to Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Podać w pełnych godzinach.	TAK MAX 48 godz.		48 godz. – 0 pkt 47 - 36 godz. – 5 pkt < 36 godz. – 10 pkt
4.	W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie podanym w punkcie 2, na czas naprawy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie zastępczy aparat rentgenowski	TAK		BEZ OCENY
5.	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zmianami)	TAK (przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekaze Zamawiającemu)		BEZ OCENY

6.	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym	TAK		BEZ OCENY
7.	Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu w języku polskim	TAK		BEZ OCENY
8.	Możliwość wyświetlania komunikatów o błędach w działaniu aparatu rtg wraz z katalogiem wyświetlanych błędów w języku polskim	TAK		BEZ OCENY
9.	Dostawca przekaze zamawiającemu wszystkie niezbędne książki serwisowe, paszport techniczny, kody, loginy i inne niezbędne elementy potrzebne do konfigurowania i serwisowania aparatu (w tym jeżeli istnieją płyty CD i DVD) w języku polskim	TAK		BEZ OCENY
10.	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji i w trakcie trwania gwarancji	TAK		BEZ OCENY
11.	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, szyfrowane	TAK		BEZ OCENY
12.	W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat.	TAK		BEZ OCENY

13.	Szkolenia personelu w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia (w tym szkolenie z przeprowadzania testów podstawowych) - w siedzibie Zamawiającego w okresie wdrażania (nie później niż 3 dni robocze od użytkowania zgody WSSE na użytkowanie pracowni rtg) oraz w pierwszych 2 latach eksploatacji lub w okresie obowiązywania gwarancji – bez dodatkowych opłat.	TAK		BEZ OCENY
14.	Możliwość usuwania zdalnie drobnych usterek – bez dodatkowych opłat.	TAK		BEZ OCENY
15.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kluczy i haseł serwisowych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK		BEZ OCENY
16.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty upływu terminu gwarancji (podać w latach). Podać wykaz materiałów eksploatacyjnych	10 lat		BEZ OCENY
17.	Okres gwarancji sprzętu medycznego zgłoszonego do naprawy zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z eksploatacji	TAK		BEZ OCENY
18.	Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę	TAK		BEZ OCENY
19.	Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy okresowe oraz testy specjalistyczne sprzętu w okresie trwania gwarancji wraz z ewentualną wymianą elementów zużytych lub uszkodzonych	TAK		BEZ OCENY
20.	Serwis autoryzowany (nazwa i adres)	TAK		BEZ OCENY
21.	Możliwość serwisowania pogwarancyjnego aparatu przez inne podmioty niezależne	TAK		BEZ OCENY

IX WARUNKI DODATKOWE				
1.	Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu RTG wraz z wystawieniem orzeczenia technicznego	TAK		BEZ OCENY
2.	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania wraz z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Pracowni Rengenowskiej	TAK		BEZ OCENY
3.	Przystosowanie pomieszczenia zastępczego na czas montażu i uruchomienia nowego aparatu rentgenowskiego, zainstalowanie niezbędnych elementów (stół, ścianka do zdjęć odległościowych)	TAK		BEZ OCENY
4.	Na czas prac związanych z montażem i uruchomieniem nowo zakupionego aparatu rentgenowskiego wstawienie zastępczego aparatu rtg	TAK		BEZ OCENY
5.	Prace przystosowawcze pomieszczeń Pracowni RTG w zakresie niezbędnym do instalacji zaoferowanego aparatu RTG oraz konsoli technika z przystosowaniem sterowni z zamontowaniem monitora (z wykuciem miejsca na monitor) wliczone w cenę oferty	TAK		BEZ OCENY
6.	Dostawa zestawu do kontroli jakości dedykowanego dla oferowanych aparatów pozwalającego na wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości	TAK		BEZ OCENY
7.	Demontaż i przeniesienie klimatyzatora z pomieszczenia scanera i zainstalowanie go w pomieszczeniu, gdzie ma być uruchomiony aparat rengenowski			

8.	Dostawa wraz z aparatem zestawu osłon osobistych dla personelu i pacjentów: 2 fartuchy ochronne min. 0,35 mm Pb (jeden dla osoby dorosłej i jeden dziecięcy) Komplet osłon na tarczycę min. 0,5 mm Pb Komplet osłon na gonady min 0,5 mm Pb Komplet osłon na jajniki min. 0,5 mm Pb Komplet znaczników Wieszak mobilny Parawan	TAK		BEZ OCENY
9.	Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk bez fransyżny. Wykonawca dostarczy polisę ubezpieczeniową	MIN. 24 m-ce		

Niniejszym oświadczamy, że zaferowany przez nas sprzęt jest nowy, kompletny, niepowystawowy, nierekondycjonowany i że do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów oraz spełnia wszystkie aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.