

Sępólno Kraj., dn. 10 października 2019 r.

AB.272.4.2019

Załącznik nr 1 do specyfikacji
AB.272.4.2019

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z dwoma detektorami wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 26

Powiat Sępoleński na podstawie art. 38 ust.2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Zał. nr 9 – ust. I pkt 5 oraz ust. IV pkt 7

Wymagana przez producenta minimalna wysokość pomieszczenia, która umożliwia korzystanie z pełnego zakresu pionowego ruchu blatu stołu przy wykorzystaniu ruchów nadążnych wynosi 2,90 m. W przypadku zainstalowania aparatu w pomieszczeniu o wysokości 2,60 m i wykorzystaniu funkcji ruchów nadążnych zakres ruchów pionowych blatu wynosi od 55 do 70 cm. Zakres pionowy ruchu blatu stołu o wartości min. 35 cm będzie możliwy gdy lampa nie będzie znajdować się nad stołem.

Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2:

Zał. nr 9 – ust. III pkt 12

Czy Zamawiający dopuści zmianę miejsca pracy na panelu stacji akwizycyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Zał. nr 9 – ust. IV pkt 12

Prosimy o wykreślenie pkt 12.

Zgodnie z pkt 11. lampa porusza się ruchem nadążnym zgodnie z ruchem uchwytu z detektorem, natomiast przesunięcie lampy nie powoduje przemieszczenia detektora.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z załącznika nr 9 ust.IV punkt 12.

Pytanie 4:

Zał. nr 9 – ust. VI pkt 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenie dwóch detektorów bezprzewodowych, przenośnych, czy dopuszcza możliwość zaoferowania jednego detektora przenośnego i jednego stołowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch detektorów bezprzewodowych, przenośnych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Zał. nr 9 – ust. VII pkt 15

Prosimy o podanie dostawców systemu PACS i RIS posiadanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dostawcą systemu PACS jest firma AGFA, a systemu RIS jest firma KAMSOFT.

Pytanie 6:

Zał. nr 9 – ust. IX pkt 3

Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający posiada stół i ściankę do zdjęć odległościowych i wymaga jedynie instalacji w pomieszczeniu zastępczym, czy nie posiada i wymaga dostarczenia stołu i ścianki przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i wymaga dostarczenia stołu i ścianki przez Wykonawcę.

Pytanie 7:

Zał. nr 9 – ust. IX pkt 8

Prosimy o doprecyzowanie jakich znaczników wymaga Zamawiający, czy ma na myśli pozycjonery?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga komplet literek ołowianych i pozycjonerów.

Pytanie 8:

Załącznik nr 9 – ust. IX pkt 8

Prosimy o doprecyzowanie jakiego współczynnika Pb i jakich wymiarów parawanu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga:

- współczynnik 0,5Pb
- szerokość 100 – 150 cm
- wysokość 175 – 195 cm.

STAROSTA SĘPOLEŃSKI



Jarosław Tadych